

自主回収のお知らせ

2017年11月



株式会社パルメディカル

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

今般、弊社にて製造販売しております製品におきまして、下記のとおり自主回収をさせて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。出荷された製品の一部からの報告ではありますが、安全性の確保から万全を期すために、取り急ぎ当該製品を自主的に回収することと致しました。

この度の件につきましては、関係者の皆様には多大なご迷惑とお手数をお掛けし、大変申し訳なく存じますが、事情をご賢察の上、下記製品の回収にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

この点につきましてご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

謹白

記

- 回収対象製品 大型三方活栓ロペツバルブ
- 型式 M9000-S、M9000R
- ロット番号・数量 別添のとおりです。
- 出荷時期 2013/8/29～2017/5/31
- 回収理由 製品の汎用アタッチメントに、異なる規格の原材料が含有している可能性があるとの報告を外国製造業者から受領しました。原材料は同一ですが、届出とは異なる規格のため、市場に出荷した該当ロットを自主回収することと致しました。なお、現在までのところ健康被害は報告されておりません。
- お問い合わせ先 株式会社パルメディカル 薬事部
TEL 03-5821-0607

以上

■お問い合わせ先

製造販売元 株式会社パルメディカル

■東京本社 TEL 03-5821-0607

■札幌支店 TEL 011-704-5528

■大阪営業所 TEL 06-6838-7703

■帯広営業所 TEL 0155-66-9445

■URL <http://www.palmedical.co.jp/>

■広島支店 TEL 082-230-2131

■福岡営業所 TEL 092-477-5866